

单一来源采购专家论证表

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	温州市人民医院
	联 系 人	孔华华
	联系电话	0577-88057237
	拟单一来源采购项目名称	西门子 sensation 16 排 CT 保修服务
	数 量	1 年 (保修期限：2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日)
	预算金额	95 万元
申 请 理 由 概 述	本次拟采购的项目因以下何种情形，只能从唯一供应商处采购： ☐ 已有设备的配件，只能从设备生产商或其授权经销商处采购配套产品的 ☒ 已有设备的原厂保修服务，只能向设备厂家指定售后服务机构采购的 ☐ 只有一家厂家的产品取得国家食品药品监督管理部门核发的《医疗器械注册证》 ☐ 其他_____	
	☐ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的	
	☐ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的	
申 请 理 由 详 述	申请理由： 本项目拟为本院西门子 Sensation 16 排螺旋 CT 采购原厂整机全保服务。本项目要求服务包含全部零备件包括设备整机（含球管、探测器）、工作站和后处理软件、第三方水冷机等（不含其它第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件）、安全检查、质量保证、24 小时 x365 天热线支持、远程服务、预防性保养（含预防性保养耗材），要求保修年度内含 2 次标准保养，开机率≥95%（按每年 365 天计算）。能满足上述服务要求的只有原厂的售后服务机构。故申请向西门子厂家的指定售后服务机构单一来源采购整机保修服务。 因该台 CT 使用率较高，球管损耗大，配套西门子品牌球管市场价格高，另探测器等部件价格均较贵，故该项目的原厂年保修费用较高，市场价格在 95 万元左右。 申请日期：2017 年 6 月 8 日	

专家
论证
意见

申请单一来源采购是否合理：

螺旋 CT 为医院的常规检查设备，使用率极高。螺旋 CT 由机架、高压发生器、球管、平板探测器、工作站等部分组成，各部分精密度极高，发生故障维修难度大，如需更换零部件均需从原厂采购。除原厂售后服务部门外，目前市场上没有能够为西门子 Sensation 16 排螺旋 CT 提供全面、可靠的售后保修服务的单位。省内各西门子 Sensation 16 排螺旋 CT 的使用单位，如购买年保修服务的，基本都是购买西门子原厂的年保服务。建议温州市人民医院采用单一来源采购方式向西门子售后服务部门购买西门子 Sensation 16 排螺旋 CT 整机全保服务。


预算价格是否合理：

西门子 Sensation 16 排螺旋 CT 的推出时是西门子较为高端的机型，其配件如球管等均较高端，故该机器的年整机保修价格较其他 16 排螺旋 CT 高。根据机器状态、使用率及保修要求等保修价格略有浮动，目前部分省级医院购买该机器的年整机保修价格在 96 万元左右，温州市人民医院的预算价格 95 万元在合理范围内。

结论：

- ☒ 建议采用单一来源采购方式采购，预算合理
- ☐ 建议采用单一来源采购方式采购，但预算降低至_____
- ☐ 该项目存在 2 家及以上潜在供应商，不建议采用单一来源采购

论证日期：2017 年 6 月 14 日

论证 专家	专家姓名	工作单位	职称	手机	专家签名
	陈大农	浙江大学医学院附属邵逸夫医院	高工	13588706857	
	虞成	杭州市第一人民医院	高工	13357130336	
	蒋积余	杭州市肿瘤医院	工程师	13588053676	